上海育惠原化学有限公司
地址：上海嘉定工业区叶城路 925 号 B 区 4 幢 J1955 室
QQ：2447084087，微信：anacrm
Website: www.anacrm.com

分析证明书

水质 悬浮物 质控样

产品编号： W_11901
批号： N0326
生产日期： 2026/3/6
分析日期： 2026/3/11

保质期： 2028/3/31
基质/溶剂： 水
危害： 无

项目	能力验证 统计值 mg/L	确认值 mg/L	接受区间 mg/L
总悬浮固体	80.7	79.8 ± 0.743	65.1 - 88.9

确认值为配制值
接受区间根据能力验证结果设置
能力验证统计值 为 剔除不合格回报值后的实验室间能力验证结果统计值
该样品可用于：方法验证、检测极限研究、能力验证等

储存及使用说明

室温 (15-30° C)保存

该样品以 HDPE 瓶包装，室温 (15-30℃)保存

1， 振荡混匀
2， 根据分析方法，迅速量取适量样品，鉴于TSS分析项目的规格浓度范围及样品的实际配制的低浓度，很可能需要使用整瓶样品
3， 请立即使用

配制实验室溯源

原料：分析项目原料选用可用的最高纯度原料用于配制该样品。如有相应的 NIST标准物质可用，原料纯度及不确定度会与其对照分析校验

天平：所有天平按ISO17025校准实验室认证要求每季度校准一次，溯源至NIST。所有天平每天按照内部标准操作程序查验，查验所用砝码按17025认证要求每年校准一次。

温度计：所有温度计溯源至 NIST，每年校准一次

玻璃器皿：此样品配制过程中涉及的所有玻璃器皿为 A 级. 所有玻璃器皿启用前经过内部标准操作程序校验。移液器按17025认证要求每月校准一次。

均匀性/稳定性/保质期

该标物生产过程中已充分混匀. 批次均匀性按要求随机取样分析建立。该标物稳定性基于短期及长期对确认浓度的监测结果。保质期基于长期监测结果确保保质期内有效

不确定度

不确定度为 95%置信区间扩展系数 K=2.