

# 分析证明书



## 水质丁基黄原酸分析质控样

产品编号: W\_896  
批号: 240408

保质期: 2026-04-30  
基质/溶剂: 水  
危害: 刺激

项目	确认值 ug/L	接受区间 ug/L
丁基黄原钾 (以酸计)	19.0 ± 0.6	13.3 - 24.7

该质控样品浓缩液由 ISO9001, ISO17025及 ISO17034 认证实验室接受委托定制  
接受区间根据 HJ 896-2017标准设置  
该样品可用于: 方法验证、检测极限研究、能力验证等

### 储存及使用说明

#### 2-8℃避光保存

- 1000mL A 级 容量瓶中加入 900 mL 试剂水 (不含有机物)
- 使浓缩样品回温至室温, 小心启封样品, 快速移取1.0mL浓缩液至容量瓶中
- 定容
- 上下翻转容量瓶3次以混匀
- 请用日常方法立即分析使用

### 浓缩液配制实验室溯源

原料: 分析项目原料选用可用的最高纯度原料用于配制该样品。

天平: 所有天平按ISO17025校准实验室认证要求每季度校准一次, 溯源至NIST。所有天平每天按照内部标准操作程序查验, 查验所用砝码按17025认证要求每年校准一次。

温度计: 所有温度计溯源至 NIST, 每年校准一次

玻璃器皿: 此样品配制过程中涉及的所有玻璃器皿为 A 级。所有玻璃器皿启用前经过内部标准操作程序校验。移液器按17025认证要求每月校准一次。

### 均匀性/稳定性/保质期

该标物生产过程中已充分混匀, 批次均匀性按要求随机取样分析建立。该标物稳定性基于短期及长期对确认浓度的监测结果。保质期基于长期监测结果确保保质期内有效

### 不确定度

不确定度为 95%置信区间扩展系数 K=2.